

Lục Nam, ngày tháng 03 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Vật tư trang thiết bị, dịch vụ kỹ thuật cho việc: Chuyển vị trí, nâng cấp, lắp đặt Hệ thống xử lý nước RO tự động cho thận nhân tạo công suất 1000 L/H và hệ thống rửa quả lọc

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; mua sắm hàng hóa, dịch vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện Lục Nam về việc giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2025;

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư trang thiết bị, dịch vụ kỹ thuật cho việc: Chuyển vị trí, nâng cấp,

lắp đặt Hệ thống xử lý nước RO tự động cho thận nhân tạo công suất 1000 L/H và hệ thống rửa quả lọc của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận bản báo giá.

Người nhận: Dược sỹ Nguyễn Thị Ngân.

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế.

- Điện thoại: 0869.509.638

3. Cách thức tiếp nhận:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời gian tiếp nhận các bản báo giá: Đến hết 16 giờ 30 phút ngày 14/03/2025.

Các bản báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian hiệu lực của các bản báo giá gửi đến Trung tâm Y tế huyện Lục Nam: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14/03/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư trang thiết bị, dịch vụ kỹ thuật yêu cầu báo giá

(có danh mục chi tiết kèm theo tại Phụ Lục I)

2. Hồ sơ các bản báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Lục Nam gồm:

- Ít nhất 02 bản gốc *(theo mẫu gửi kèm)*.

- Hồ sơ pháp lý chứng minh đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ.

- Hồ sơ năng lực (nếu có).

- Tài liệu chứng minh hàng hoá chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ (nếu có).

- Tài liệu kỹ thuật của trang thiết bị gồm: Catalog và các tài liệu kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá (nếu có).

- Hợp đồng mua bán hàng hoá báo giá đã hoàn thành (nếu có).

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DS-TT (Đăng Website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Vũ Trí Quý

PHỤ LỤC I:**DANH MỤC VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, DỊCH VỤ YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày /03/2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam)

I VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ					
STT	Tên vật tư trang thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Cát lọc nước	- Kích thước 0.7-1.2 mm	Kg	75	
2	Sỏi lọc nước	- Kích thước 4-7 mm	Kg	50	
3	Hạt lọc nước FeMas	- Kích thước 1-2mm - Tỷ trọng 1500kg - 1600kg/m ³	Kg	100	
4	Than hoạt tính Calgon Carbon- Carbsorb30	- Chỉ số i-ôt: 900 mg/g - Khối lượng riêng: 0.45-0.60g/cc	Kg	150	
5	Hạt nhựa Amberlite IRC120 Na	- Dung lượng trao đổi ≥ 2 meq/mL; - Tỷ trọng 820g/L; - Mật độ hạt: 1.27g/mL	Lít	175	
6	Lõi lọc nước RO	- Công suất: 9.8m ³ /ngày - Tỷ lệ loại thải muối: $\geq 90\%$	Cái	4	
7	Lõi lọc 0.2micron - 20inch	- Lõi lọc chiều dài 20 inch - Kích thước khe lọc 0,2 micron	Cái	2	
8	Lõi lọc 5micron - 20inch	- Lõi lọc chiều dài 20 inch - Kích thước khe lọc 5 micron	Cái	5	
9	Vỏ màng lọc RO bằng Inox	- Kích thước khoảng Ø40 inch - DN40 inch - Vật liệu inox SUS304	Cái	1	
10	Máy bơm tăng áp cấp nước nguồn hệ thống tiền xử lý nước	- Công suất 1,1Kw - Lưu lượng: 1-7m ³ /h - Cột áp: 28 - 56m - Buồng bơm và cánh bằng inox SUS 304	Cái	1	
11	Máy bơm nước trực đứng đa tầng cánh	- Công suất 2,2Kw - Lưu lượng: 1-3,5m ³ /h - Cột áp: 76 - 161m - Buồng bơm và cánh bằng inox SUS 304	Cái	1	

12	Cụm đường ống và phụ kiện kết nối cụm màng lọc RO chính	- Kích thước ống và phụ kiện DN20; DN25; DN32 - Vật liệu PPR	cụm	1	
13	Hệ thống đường ống tuần hoàn cấp nước RO cho các máy thận nhân tạo và rửa quả lọc dây máu (Ống và phụ kiện U-PVC; Bao gồm cả hộp ghen che ống)	- Kích thước ống và phụ kiện DN 3/4 inch; 1 inch - Vật liệu: U-PVC (PVC-U)	Hệ thống	1	
II DỊCH VỤ CHUYÊN VỊ TRÍ, NÂNG CẤP, LẮP ĐẶT					
STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Chi phí gửi mẫu nước RO kiểm định	- Thử nghiệm các chỉ tiêu hóa lý, tổng số vi sinh vật, nội độc tố (endotoxin) theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019(E) đối với nước RO dùng trong lọc máu và các chỉ liệu liên quan (01 mẫu nước RO tại điểm lấy mẫu hồi về bồn chứa nước RO)	Mẫu	1	
2	Chi phí nhân công tháo lắp di chuyển, thay thế và hiệu chỉnh hệ thống.	- Nhân sự hiện yêu cầu có các chứng chỉ đào tạo chuyên môn về xử lý nước RO trong thận nhân tạo theo quy định của pháp luật	Lần	1	
3	Chi phí khảo sát, lên phương án, chuyển vị trí, nâng cấp và lắp đặt Hệ thống xử lý nước RO tự động cho thận nhân tạo	Chi phí khảo sát, lên phương án, chuyển vị trí, nâng cấp và lắp đặt Hệ thống xử lý nước RO tự động cho thận nhân tạo	Lần	1	

Tổng số: 13 danh mục hàng hoá và 03 danh mục dịch vụ.

MẪU BÁO GIÁCÔNG TY**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2025

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá hàng hoá của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, Chúng tôi, Công ty có địa chỉ tại:....., báo giá vật tư trang thiết bị, dịch vụ kỹ thuật như sau:

1. Báo giá vật tư trang thiết bị, dịch vụ kỹ thuật:

I VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ						
STT	Tên vật tư trang thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã có VAT (đồng)	Thành tiền đã có VAT (đồng)
1.						
II DỊCH VỤ CHUYÊN VỊ TRÍ, NÂNG CẤP, LẮP ĐẶT						
STT	Tên dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã có VAT (đồng)	Thành tiền đã có VAT (đồng)
1.						

2.						
	Tổng I+II					
Tổng số tiền bằng chữ						

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Hàng hóa mới 100%, Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng.

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ngày kể từ ngày thángnăm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp.

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)