

Lục Nam, ngày tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU
Báo giá Máy xét nghiệm sinh hoá tự động

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/2/2025 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết số 66/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; mua sắm hàng hóa, dịch vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện Lục Nam về việc giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2025;

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng Máy xét nghiệm sinh hoá tự động, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận bản báo giá.

Người nhận: Dược sỹ Nguyễn Chí Dũng.

- Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế.

- Điện thoại: 0942.918.911

3. Cách thức tiếp nhận:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời gian tiếp nhận các bản báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 16/4/2025

Các bản báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian hiệu lực của các bản báo giá gửi đến Trung tâm Y tế huyện Lục Nam: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16/4/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá

(có danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hoá kèm theo tại Phụ Lục I)

2. Hồ sơ các bản báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Lục Nam gồm:

- Ít nhất 02 bản gốc *(theo mẫu gửi kèm)*.

- Hồ sơ pháp lý chứng minh đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ.

- Tài liệu chứng minh hàng hoá chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ (nếu có).

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hoá gồm: Catalog và các tài liệu kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá (nếu có).

- Hợp đồng mua bán hàng hoá báo giá đã hoàn thành (nếu có).

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DS-TT (Đăng Website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Vũ Trí Quý

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA HÀNG HOÁ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày /4/2025 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam)

STT	Danh mục hàng hóa	Số lượng	Đơn vị tính	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản
1	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động	01	máy	1. Yêu cầu chung - Điện nguồn sử dụng: 220V/50Hz - Điều kiện môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ - Sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương - Máy hệ mở, dùng được nhiều loại hóa chất xét nghiệm sinh hóa, không phụ thuộc vào hóa chất của hãng cung cấp máy. 2. Cấu hình - Máy chính: 01 bộ - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy tính: 01 bộ - Máy in: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/ Tiếng Việt: 01 bộ 3. Đặc tính kỹ thuật 3.1. Máy chính - Chung loại: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn, truy nhập ngẫu nhiên với khả năng làm xét nghiệm cấp cứu. - Công suất (tốc độ) ≥ 400 xét nghiệm quang/giờ. - Hỗ trợ các loại xét nghiệm: Điểm cuối, động học, điểm cố định hoặc tương đương. - Phương pháp phân tích tối thiểu gồm: So màu, miễn dịch đo độ đục, ngưng kết latex, miễn dịch gắn enzyme - Số lượng xét nghiệm cài được trên máy: ≥ 115 xét nghiệm - Thẻ tích một lần hút mẫu:

			+ Tối thiểu $\leq 1,0 \mu\text{l}$ - Thẻ tích một lần hút hóa chất: + Tối thiểu: $\leq 10 \mu\text{l}$ - Tổng thẻ tích phản ứng: + Tối thiểu $\leq 90 \mu\text{l}$ - Số vị trí để mẫu thử: ≥ 100 vị trí. - Nhận dạng mẫu thử: Bằng Barcode hoặc tương đương. - Nhận dạng hóa chất: Bằng Barcode hoặc tương đương. - Có chương trình tự động pha loãng trước mẫu thử. - Có khay cấp cứu riêng biệt được giữ lạnh, có ≥ 20 vị trí để mẫu. - Có hệ thống giữ lạnh cho chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn. - Khoang hóa chất: ≥ 75 vị trí - Kim hút hóa chất và bệnh phẩm riêng biệt - Que khuấy trộn dung dịch phản ứng: ≥ 6 que khuấy - Cuvette làm bằng thủy tinh vĩnh cửu hoặc tương đương - Hệ thống ủ cuvette: ủ nước cách ly hoặc tương đương - Làm được đồng thời ≥ 55 loại xét nghiệm - Hệ thống phân phối mẫu: Có chức năng nhận biết mức chất lỏng, nhận biết va chạm và nhận biết tắc. - Có chức năng tự động rửa cuvette - Nguồn sáng: Đèn Halogen hoặc tương đương - Hệ thống quang học: + Dải phổ: Từ $\leq 340 \text{ nm}$ đến $\geq 800 \text{ nm}$ + Dải hấp thụ từ 0 đến $\geq 3,0 \text{ OD}$ - Khả năng lưu trữ dữ liệu: ≥ 100.000 mẫu và theo dõi phản ứng ≥ 200.000 xét nghiệm - Lượng nước cần để vận hành máy: ≤ 20 lít/giờ 3.2. Máy tính - CPU: Core i5 hoặc tốt hơn - Ổ cứng: $\geq 450 \text{ GB}$ - RAM: $\geq 4 \text{ GB}$ - Màn hình: $\geq 18 \text{ inch}$
--	--	--	---

				- Chuột, bàn phím: 01 bộ 3.3 Máy in - Khổ giấy in: A4 - Tốc độ: ≥ 15 trang/phút - Độ phân giải: $\geq 600 \times 600$ dpi
--	--	--	--	--

MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá hàng hoá của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, Chúng tôi, Công ty có địa chỉ tại:....., báo giá hàng hoá như sau:

1. Danh mục hàng hoá báo giá

STT	Danh mục hàng hoá	Ký, mã, nhãn hiệu, model, Mã HS, tên thương mại (nếu có)	Tính năng, Thông số kỹ thuật của hàng hoá	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã có VAT (đồng)	Thành tiền đã có VAT (đồng)
1.								
2.								
	Tổng số tiền:							
Tổng số tiền bằng chữ:								

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Hàng hóa mới 100%, Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng.

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ngày kể từ ngày thángnăm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp.

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)