

Lục Nam, ngày tháng năm 2025

YÊU CẦU
Báo giá dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 14/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc Áp dụng, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh (cũ) ban hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-SYT ngày 05/9/2025 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế sau sắp xếp;

Trung tâm Y tế Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Lục Nam.

Địa chỉ: Thân Phú, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận bản báo giá.

Người nhận: Dược sỹ Nguyễn Thị Ngân.

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế.

- Điện thoại: 0869.509.638

3. Cách thức tiếp nhận:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Y tế Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Địa chỉ: Thân Phú, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.

4. Thời gian tiếp nhận các bản báo giá: Đến hết 16 giờ 30 phút ngày 29/10/2025.

Các bản báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian hiệu lực của các bản báo giá gửi đến Trung tâm Y tế Lục Nam: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29/10/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá:

(Có danh mục, số lượng, cấu hình, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng hoá kèm theo tại Phụ Lục I)

2. Hồ sơ các bản báo giá gửi về Trung tâm Y tế Lục Nam gồm:

- Ít nhất 02 bản gốc *(theo mẫu gửi kèm)*.

- Hồ sơ pháp lý chứng minh đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ (nếu có);

- Tài liệu chứng minh hàng hoá chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ (nếu có).

- Tài liệu kỹ thuật của trang thiết bị gồm: Catalog và các tài liệu kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá (nếu có).

- Hợp đồng mua bán hàng hoá báo giá đã hoàn thành (nếu có).

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng DS-TT (Đăng Website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Vũ Trí Quý

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN HÀNG HOÁ YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày /10/2025 của Trung tâm Y tế Lục Nam)

A. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT	Tên trang thiết bị y tế	Cấu hình, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản (nếu có)	ĐVT	Số lượng
1	Bộ đặt nội khí quản có camera	- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây - Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương - Có chứng nhận CE/ FDA. - Máy chính cầm tay có màn hình: 01 cái - Lưỡi đặt nội khí quản bằng kim loại không rỉ các cỡ khác nhau: 04 cái: số 2, 3, 4 (cho người lớn), số 1 (cho trẻ em) - Tài liệu hướng dẫn (Tiếng anh + tiếng việt): 01 bộ - Lưỡi đặt nội khí quản sử dụng nhiều lần - Tích hợp camera độ phân giải ≥ 2.0 Megapixel, Góc nhìn $\geq 65^\circ$, Có chống mờ, chống sương, cường độ sáng $\geq 800\text{lux}$ - Màn hình màu LCD ≥ 3 inch. - Pin sạc Lithium hoặc tương đương, hoạt động liên tục liên tục ≥ 2 giờ. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng	Bộ	01
2	Máy bơm tiêm điện	- Sản xuất năm 2024 trở đi; - Máy mới 100% chưa qua sử dụng; - Nguồn điện sử dụng: 220V, 50 Hz - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương; - Xuất xứ của hàng hóa: Hàng hóa có xuất xứ tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) hoặc các nước thuộc nhóm nền kinh tế lớn G7 (Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada). - Chấp nhận tất cả các ống tiêm tiêu chuẩn 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml và 60ml; Có màn hình màu ≥ 4 inch hiển thị các thông số. - Tự động xác định các thông số kỹ thuật của ống tiêm. - Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. - Pin bên trong hoạt động liên tục từ 12 giờ trở lên.	Cái	01

STT	Tên trang thiết bị y tế	Cấu hình, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản (nếu có)	ĐVT	Số lượng
3	Bàn tiểu phẫu inox	- Kích thước tổng thể (DxRxC): 1900 x 600 x 700 mm (± 10mm) - Chất liệu Inox 304 hoặc tương đương; Độ nâng, hạ phần tựa lưng: 0°- 45° - Khả năng chịu tải tối đa 200 kg - Thiết bị mới 100%, Sản xuất năm 2024 trở lại đây	Chiếc	01
4	Ghế răng	- Ghế bệnh nhân: Điều khiển điện, có thể điều chỉnh lên/xuống, ngả lưng, đầu ghế. - Đèn điều trị: LED trắng tự nhiên, điều chỉnh được. - Góc chiếu rộng, điều chỉnh cảm ứng hoặc nút bấm. - Bộ tay khoan bác sĩ: 03 vị trí tay khoan: 02 tốc độ cao, 01 tốc độ thấp. - Bộ hút & trợ thủ: 01 ống hút nước bọt, 01 ống hút công suất cao, có bộ lọc chống tắc. - Bàn điều khiển bác sĩ: Phím cảm ứng hoặc nút bấm cơ, hiển thị vị trí ghế, điều khiển đèn, nước, khí, có khay đặt dụng cụ inox. - Bàn phụ trợ thủ: Điều khiển phụ cho ghế, đèn, hút. Có khay để dụng cụ. - Bộ nhỏ nước miệng: Sứ hoặc thủy tinh chịu lực. - Bình nước sạch và nước thải: Bình nước sạch ≥ 1 lít, nước thải ≥ 1 lít. Dễ tháo rời. - Ghế bác sĩ: Xoay 360°, điều chỉnh chiều cao bằng khí nén. - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo. - Sản xuất năm 2024 trở đi; - Máy mới 100% chưa qua sử dụng; - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương;	Chiếc	01
5	Tấm cảm biến cho máy X-quang	Sử dụng tương thích cho máy Xquang kỹ thuật số 01 tấm cảm biến Eva HF - 525 Plus; Hãng/nước sản xuất: Công ty liên doanh Y học Việt Hàn/ Việt Nam	Chiếc	01
6	Dao mổ, cắt, đốt điện cao tần	- Dao mổ điện kỹ thuật số - Cắt tinh: ≥ 100W tại trở kháng ≤ 300 Om - Đông máu tiếp xúc cầm máu: ≥ 100W tại trở kháng ≤ 300 Om. - Đông phun: ≥ 60W tại trở kháng ≤ 300 Om * Bộ phụ kiện tối thiểu kèm theo gồm có: - Bộ lưỡi cắt, đốt	Chiếc	01

STT	Tên trang thiết bị y tế	Cấu hình, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản (nếu có)	ĐVT	Số lượng
		- Tay dao đơn cực - Tay dao liền công tắc - Kẹp lưỡng cực - Cáp lưỡng cực - Cáp nối máy nội soi		
7	Máy hút dịch 02 bình	- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây - Tài liệu hướng dẫn (Tiếng anh + tiếng việt): 01 bộ - 01 Máy hút chính: tốc độ hút ≥ 60 lít/phút với động cơ không dầu. - 02 Bình chứa dịch ≥ 2000ml có thể hấp tiệt trùng với hệ thống van chống tràn. - 02 Bình bẫy chống tràn ≥ 200 ml - 02 Bộ ống Silicon có thể tiệt trùng được - 01 Dây nguồn với phích cắm. - 01 Công tắc bàn đạp chân - Chu kỳ hoạt động: Hoạt động liên tục	Cái	01
8	Tủ sấy dụng cụ	Thể tích 20 - 25 lít; Nhiệt Độ: 50 - 250 Độ C	Chiếc	02
9	Tủ làm ấm dịch truyền	- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây - Tài liệu hướng dẫn (Tiếng anh + tiếng việt): 01 bộ - Loại tủ: Tủ đứng, loại 01 cánh - Màn hình cảm ứng: ≥ 7 inch - Thể tích sử dụng: ≥ 110 lít - Nhiệt độ làm ấm: Từ 26-50 độ C Ứng dụng: Gia nhiệt làm ấm máu, các chế phẩm từ máu, thuốc nước, dung dịch dinh dưỡng, dịch truyền...	Chiếc	01

B. DANH MỤC DỤNG CỤ Y TẾ

STT	Tên dụng cụ y tế	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản (nếu có)	ĐVT	Số lượng
1	Mask thanh quản 2 nòng dùng nhiều lần	Số 2	Chiếc	02
2	Mask thanh quản 2 nòng dùng nhiều lần	Số 2,5	Chiếc	02
3	Mask thanh quản 2 nòng dùng nhiều lần	Số 3	Chiếc	03
4	Mask thanh quản 2 nòng dùng nhiều lần	Số 3,5	Chiếc	05
5	Mask thanh quản 2 nòng dùng nhiều lần	Số 5	Chiếc	05
6	Mask thanh quản 2 nòng dùng nhiều lần	Số 4	Chiếc	05
7	Tủ thuốc trực	- Khung chính bằng chất liệu inox, tủ được chia 2 phần: + Phần trên có sàn nghiêng bằng inox chia thuốc. Bên ngoài có 2 cánh kính trắng, có khoá, chốt + Phần dưới chia 2 khoang - Chân tủ có nút cao su cố định	Cái	01
8	Cọc truyền	Vật liệu Inox 304 hoặc tương đương: Thân cọc inox có núm vặn tăng chỉnh độ cao. 3 chân đế inox có gắn 3 bánh xe trong đó 1 cái có phanh. Trên đỉnh cọc có 2 móc treo bằng inox.	Cái	05

STT	Tên dụng cụ y tế	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản (nếu có)	ĐVT	Số lượng
9	Khay quả đậu	Chất liệu: làm bằng chất liệu thép không gỉ, Kích thước: chiều dài $\geq 14\text{cm}$, chiều dài đầu $\geq 8\text{cm}$	Chiếc	05
10	Ăm kế nhiệt kế tự ghi	Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Phạm vi đo nhiệt độ: Từ -30°C đến 60°C Phạm vi đo độ ẩm: Từ 10% đến 99% RH Màn hình hiển thị: LCD Kết nối dữ liệu: USB Khả năng kết nối với máy tính: Có	Chiếc	10
11	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động	- Thiết bị theo dõi nhiệt độ tủ vắc xin: - Độ chính xác của phép đo nhiệt độ: $(-25^{\circ}\text{C}$ đến $+55^{\circ}\text{C}) \pm 0.8^{\circ}\text{C}$ Thiết lập cảnh báo: 2 giới hạn cảnh báo động (1 giới hạn trên và 1 giới hạn dưới) Thời gian kích hoạt cảnh báo: 1 phút tới 23 giờ 59 phút Chỉ thị cảnh báo: trực quan (hình ảnh) Dung lượng bộ nhớ: 30 ngày trên màn hình và độ dài báo cáo PDF có thể cài đặt 30 hoặc 60 ngày Khoảng nhiệt độ cảnh báo: -20°C đến $+50^{\circ}\text{C}$ với bước tăng 0.1°C Đã bao gồm kiểm định, hiệu chuẩn	Chiếc	03
12	Xe để máy Monitor	Phù hợp với kích thước Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số (Ký mã hiệu /Model, Hãng và nước sản xuất: OMNI	Chiếc	01

STT	Tên dụng cụ y tế	Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản (nếu có)	ĐVT	Số lượng
		II/Infinium Medical, Inc/Mỹ) - Chất liệu: inox 304 hoặc tương đương		
13	Bộ Huyết áp cơ	Dải đo: 0 – 300mmHg; Độ sai số: ± 3 mmHg	Bộ	20
14	Ống nghe tim phổi	Ống nghe hai đầu tiêu chuẩn; Mặt nghe: Chuông và màng loa	Cái	20
15	Cân điện tử có thước đo	Phạm vi đo: Có thể đo được từ 5kg đến 120kg - Thước đo: Có thể đo được chiều cao từ 700 mm đến 1900mm	Cái	02

Tổng số khoản: **24** khoản

MẪU BÁO GIÁ**CÔNG TY****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2025

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Lục Nam.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá hàng hoá của Trung tâm Y tế Lục Nam, Chúng tôi, Công ty có địa chỉ tại:....., báo giá hàng hoá như sau:

1. Danh mục hàng hoá báo giá

STT	Danh mục hàng hoá	Ký, mã, nhãn hiệu, model, Mã HS, tên thương mại	Tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hoá	Hãng sản xuất/ Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá đã có VAT (đồng)	Thành tiền đã có VAT (đồng)
1.								
2.								
	Tổng số tiền:							
Tổng số tiền bằng chữ:								

Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, bàn giao, hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế Lục Nam. Hàng hóa mới 100%, Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng.

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ngày kể từ ngày thángnăm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp.

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)